

Số: 6566 /STNMT-MT  
V/v phúc đáp văn bản số  
1325/2023/HPDQ-P.ATMT ngày  
14/11/2023 của Công ty Cổ phần thép  
Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận Văn bản số 1325/2023/HPDQ-P.ATMT ngày 14/11/2023 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất về việc kiểm tra hồ sơ quan trắc khí thải tự động và thông báo hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu OK24, OK25 theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (có kèm theo hồ sơ liên quan). Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đối với Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục ống khói đầu máy thiêu kết 01 (OK24): Chưa thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất; chưa đánh giá đầy đủ độ chính xác tương đối thông số SO<sub>2</sub>; tên thiết bị đo bụi, đo lưu lượng khí thải ở phần mô tả danh mục các thông số quan trắc không thống nhất với phần hồ sơ báo cáo đánh giá và giấy chứng nhận hiệu chuẩn; chưa có chữ ký xác nhận của chủ đại diện chủ đầu tư tại Biên bản kiểm tra các đặc tính và độ chính xác tương đối của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; chưa có chữ ký xác nhận của chủ đầu tư tại Bản vẽ thiết kế và mô tả hệ thống; thời gian thực hiện kiểm soát chất lượng ghi trong Văn bản 1325/2023/HPDQ-P.ATMT ngày 14/11/2023 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất không đúng với thời gian ghi trong Báo cáo đánh giá số 1134-ĐGRA/KT2-K6...

2. Đối với Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục ống khói đầu máy thiêu kết 02 (OK25): Chưa thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất, chưa có chữ ký xác nhận của chủ đại diện chủ đầu tư tại Biên bản kiểm tra các đặc tính và độ chính xác tương đối của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; chưa có chữ ký xác nhận của chủ đầu tư tại Bản vẽ thiết kế và mô tả hệ thống; thời gian thực hiện kiểm soát chất lượng ghi trong Văn bản 1325/2023/HPDQ-P.ATMT ngày 14/11/2023 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất không đúng với thời gian ghi trong Báo cáo đánh giá số 1138-ĐGRA/KT2-K6...

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường (địa chỉ: Số 33, Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi) nhận lại hồ sơ để chỉnh sửa, bổ sung theo quy định và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 15/12/2023** để theo dõi, giám sát./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quyền GD, PGD Sở (Đ/c Tân);
- Trung tâm CNTT TNMT (ph/hợp);
- Lưu: VT, CCBVMT, KSÔN(Lâm).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quốc Tân**

